

## RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1)

a NAH-2-0330/2021 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

- 1) Az akkreditált szervezet neve és címe:  
**DUNAFERR LABOR Nonprofit Kft.**  
**Vizsgáló - és Kalibrálólaboratóriumok Üzletág**  
**Kalibrálólaboratórium**  
 2400 Dunaújváros, Vasmű tér 1-3.
- 2) Akkreditálási szabvány:  
**MSZ EN ISO/IEC 17025:2018**
- 3) Akkreditálási kategória:  
**kalibrálólaboratórium**
- 4) Az akkreditált státusz érvényessége:  
 Az akkreditált státusz kezdetének napja: **2021. július 29.**  
 Az akkreditált státusz lejáratának napja: **2026. július 29.**
- 5) Az akkreditált terület:

### I. Az akkreditált területhez tartozó laboratóriumi kalibrálási szolgáltatások:

Sor-szám	Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése	Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány	Kalibrálási és mérési képesség $k=2$	Kalibrálási eljárás azonosítója
<b>Kémia (gázösszetétel)</b>				
1.	Gázelemzők	CO 0...300 ppm (n/n) CH <sub>4</sub> 0...2 % (n/n) O <sub>2</sub> 0...1 % (n/n)	0,1...2,1 ppm (n/n) 0,001...0,008 % (n/n) 0,001...0,006 % (n/n)	VKL-01-KAL-01-01-06:2021
<b>Hosszúság</b>				
1.	Tolómérők	0...1500 mm	$(9 + 0,017 \times L[\text{mm}]) \mu\text{m}$	VKL-01-KAL-01-01-07:2021
2.	Mélységmérő tolómérők	0...1000 mm	$(9 + 0,028 \times L[\text{mm}]) \mu\text{m}$	VKL-01-KAL-01-01-07:2021
3.	Talpas magasságmérők	0...1000 mm	$(9 + 0,028 \times L[\text{mm}]) \mu\text{m}$	VKL-01-KAL-01-01-07:2021
4.	Kengyeles mikrométerek	0...1000 mm	$(0,82 + 0,019 \times L[\text{mm}]) \mu\text{m}$	VKL-01-KAL-01-01-08:2021
5.	2 és 3 ponton mérő belső mikrométerek	6...300 mm	$(3 + 0,03 \times L[\text{mm}]) \mu\text{m}$	VKL-01-KAL-01-01-09:2021
6.	Szögmérők	4x90 °, 2x180 °, 360 °	51"	VKL-01-KAL-01-01-10:2021
7.	Mérőszalagok	0...50 m	$(0,2 + 0,1 \times L[\text{m}]) \text{mm}$	VKL-01-KAL-01-01-11:2021

Sorszám	Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése	Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány	Kalibrálási és mérési képesség $k=2$	Kalibrálási eljárás azonosítója
<b>Villamos mérés DC és alacsony frekvencia</b>				
1.	Egyenáramú ellenállás-mérő mérőeszközök	0,1 $\Omega$ 1 $\Omega$ 10 $\Omega$ 100 $\Omega$ 1 k $\Omega$ 10 k $\Omega$ 100 k $\Omega$ 1 M $\Omega$ 10 M $\Omega$ 100 M $\Omega$ 1 G $\Omega$	5,8 m $\Omega$ 5,9 m $\Omega$ 7,2 m $\Omega$ 13 m $\Omega$ 0,10 $\Omega$ 1,0 $\Omega$ 9,6 $\Omega$ 0,19 k $\Omega$ 5,3 k $\Omega$ 0,65 M $\Omega$ 16 M $\Omega$	VKL-01-KAL-01-01-01:2021
2.	Egyenfeszültség-mérő mérőeszközök	0...202 mV 0,2...2,02 V 2...20,2 V 20...202 V 200...1020 V	3,5 $\mu$ V...7,4 $\mu$ V 6,6 $\mu$ V...27 $\mu$ V 59 $\mu$ V...0,24 mV 0,72 mV...3,7 mV 7,1 mV...21 mV	VKL-01-KAL-01-01-01:2021
3.	Egyenáramot mérő mérőeszközök	0...202 $\mu$ A 0,2...2,02 mA 2...20,2 mA 20...202 mA 0,2...2,02 A 2...20,2 A 20,2...30 A	16 nA...44 nA 64 nA...0,21 $\mu$ A 0,47 $\mu$ A...2,1 $\mu$ A 4,8 $\mu$ A...29 $\mu$ A 75 $\mu$ A...0,49 mA 1,2 mA...7,0 mA 11 mA...15 mA	VKL-01-KAL-01-01-01:2021
4.	50 Hz-es váltakozó feszültséget mérő mérőeszközök	1...202 mV 0,2...2,02 V 2...20,2 V 20...202 V 20...1020 V	32 $\mu$ V...90 $\mu$ V 0,25 mV...0,71 mV 2,1 mV...6,5 mV 17 mV...62 mV 0,17 V...0,40 V	VKL-01-KAL-01-01-01:2021
5.	50 Hz-es váltakozó áramot mérő mérőeszközök	25...202 $\mu$ A 0,2...2,02 mA 2...20,2 mA 20...202 mA 0,2...2,02 A 2...30 A	0,28 $\mu$ A...0,49 $\mu$ A 0,54 $\mu$ A...2,5 $\mu$ A 5,3 $\mu$ A...25 $\mu$ A 53 $\mu$ A...0,25 mA 0,53 mA...2,6 mA 5,3 mA...33 mA	VKL-01-KAL-01-01-01:2021
6.	Söntök	0,1...200 A (DC) 0,1...200 A (AC)	0,033...0,13 A 0,060...1,4 A	VKL-01-KAL-01-01-02:2021
7.	Áramhurok bemenőjelű kijelzők kalibrálása	4...20 mA / változó 0...20mA / változó	2,8...4,6 $\mu$ A / változó 2,3...4,6 $\mu$ A / változó	VKL-01-KAL-01-01-04:2021
<b>Tömeg</b>				
1.	Nem automatikus működésű mérlegek	10 mg...1000 g 1...40 kg 40...4000 kg 4...20 t	0,08...1,6 mg 0,41...0,67 g 0,16...0,34 kg 0,87...1,7 kg	VKL-01-KAL-01-01-17:2021
<b>Nyomás és vákuum</b>				
1.	Nyomásmérők	-0,95...16 bar (levegő) 1,8...300 bar (olaj)	0,12...12 mbar 2,9...21 mbar	VKL-01-KAL-01-01-18:2021

Sorszám	Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése	Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány	Kalibrálási és mérési képesség $k=2$	Kalibrálási eljárás azonosítója
2.	Nyomástávadók	-0,95...16 bar (levegő) 1,8...300 bar (olaj)	0,024...7,9 mbar 2,9...110 mbar	VKL-01-KAL-01-01-19:2021
3.	Abszolútnyomás mérők, távadók (gáz)	0,1...3,5 bar (abs) 0,1...35 bar (abs)	0,30...0,45 mbar 1,1...3,6 mbar	VKL-01-KAL-01-01-27:2021
4.	Túlnyomás mérők, távadók (gáz)	± 150 mbar -0,9...2,5 bar -0,9...34 bar	0,009...0,015 mbar 0,11...0,26 mbar 1,1...2,6 mbar	VKL-01-KAL-01-01-27:2021
<b>Hőmérséklet</b>				
1.	Hőelemek	"K" 300...1300 °C "S" 300...1300 °C	1,4...1,9 °C 1,6...1,8 °C	VKL-01-KAL-01-01-13:2021
2.	Ellenálláshőmérők	~ 0 °C (víz-jég) ~ 23...180 °C (olaj) 180...500 °C (só)	0,29 K (°C) 0,29...0,35 K (°C) 0,36...0,49 K (°C)	VKL-01-KAL-01-01-14:2021
3.	Folyadék- és nyomásos hőmérők	~ 0 °C (víz-jég) ~ 23...180 °C (olaj) 180...500 °C (só)	0,18 K (°C) 0,15...0,18 K (°C) 0,14...0,68 K (°C)	VKL-01-KAL-01-01-15:2021
4.	Pirométerek	25...300 °C 300...1400 °C	1,9...2,7 °C 3,1...7,3 °C	VKL-01-KAL-01-01-16:2021
5.	Szabványos ellenálláshőmérő bemenetű hőmérséklet kijelző (EN 60751)	P1100 (-200...850) °C	0,16 °C...0,21 °C	VKL-01-KAL-01-01-03:2021
6.	Szabványos hőelem bemenetű hőmérséklet kijelző (EN 60584-1)	"R" (-50...1768,1 °C) "S" (-49,8...1768,1 °C) "B" (249,9...1820 °C) "J" (-210...1200 °C) "T" (-200...400 °C) "E" (-200...1000 °C) "K" (-200...1375 °C) "N" (-200...1300 °C)	1,1 °C...0,71 °C 1,0 °C...0,79 °C 1,7 °C...0,62 °C 0,17 °C...0,36 °C 0,21 °C...0,16 °C 0,13 °C...0,30 °C 0,22 °C...0,52 °C 0,35 °C...0,41 °C	VKL-01-KAL-01-01-03:2021
<b>Idő-és frekvencia</b>				
1.	Kézi multiméterek frekvenciamérő részének kalibrálása	10 Hz...500 kHz (1,5 V)	0,35 mHz...18 Hz	VKL-01-KAL-01-01-01:2021

## II. Az akkreditált területhez tartozó helyszíni kalibrálási szolgáltatások:

Sorszám	Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése	Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány	Kalibrálási és mérési képesség $k=2$	Kalibrálási eljárás azonosítója
<b>Kémia (gázösszetétel)</b>				
1.	Gázelemzők	CH4 1 % (n/n) CH4 2 % (n/n) CO 30 ppm (n/n) CO 180 ppm (n/n) CO 300 ppm (n/n) O2 0,3 % (n/n) O2 1 % (n/n)	0,008 % (n/n) 0,008 % (n/n) 0,3 ppm (n/n) 2,7 ppm (n/n) 2,1 ppm (n/n) 0,001 % (n/n) 0,006 % (n/n)	VKL-01-KAL-01-01-06:2021

Sorszám	Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a méréndő mennyiség) megnevezése	Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány	Kalibrálási és mérési képesség $k=2$	Kalibrálási eljárás azonosítója
<b>Hosszúság</b>				
1.	Izotópos, röntgenes vastagságmérők	0...8 mm	0,98...3,8 $\mu\text{m}$	VKL-01-KAL-01-01-12:2021
<b>Villamos mérés DC és alacsony frekvencia</b>				
1.	Egyenáramú ellenállásmérő mérőeszközök	0,1 $\Omega$ 1 $\Omega$ 10 $\Omega$ 100 $\Omega$ 1 k $\Omega$ 10 k $\Omega$ 100 k $\Omega$ 1 M $\Omega$ 10 M $\Omega$ 100 M $\Omega$ 1 G $\Omega$	5,8 m $\Omega$ 5,9 m $\Omega$ 7,2 m $\Omega$ 13 m $\Omega$ 0,10 $\Omega$ 1,0 $\Omega$ 9,6 $\Omega$ 0,19 k $\Omega$ 5,3 k $\Omega$ 0,65 M $\Omega$ 16 M $\Omega$	VKL-01-KAL-01-01-01:2021
2.	Egyenfeszültség-mérő mérőeszközök	0...202 mV 0,2...2,02 V 2...20,2 V 20...202 V 200...1020 V	3,5 $\mu\text{V}$ ...7,4 $\mu\text{V}$ 6,6 $\mu\text{V}$ ...27 $\mu\text{V}$ 59 $\mu\text{V}$ ...0,24 mV 0,72 mV...3,7 mV 7,1 mV...21 mV	VKL-01-KAL-01-01-01:2021
3.	Egyenáramot mérő mérőeszközök	0...202 $\mu\text{A}$ 0,2...2,02 mA 2...20,2 mA 20...202 mA 0,2...2,02 A 2...20,2 A 20,2...30 A	16 nA...44 nA 64 nA...0,21 $\mu\text{A}$ 0,47 $\mu\text{A}$ ...2,1 $\mu\text{A}$ 4,8 $\mu\text{A}$ ...29 $\mu\text{A}$ 75 $\mu\text{A}$ ...0,49 mA 1,2 mA...7,0 mA 11 mA...15 mA	VKL-01-KAL-01-01-01:2021
4.	50 Hz-es váltakozó feszültséget mérő mérőeszközök	1...202 mV 0,2...2,02 V 2...20,2 V 20...202 V 20...1020 V	32 $\mu\text{V}$ ...90 $\mu\text{V}$ 0,25 mV...0,71 mV 2,1 mV...6,5 mV 17 mV...62 mV 0,17 V...0,40 V	VKL-01-KAL-01-01-01:2021
5.	50 Hz-es váltakozó áramot mérő mérőeszközök	25...202 $\mu\text{A}$ 0,2...2,02 mA 2...20,2 mA 20...202 mA 0,2...2,02 A 2...30 A	0,28 $\mu\text{A}$ ...0,49 $\mu\text{A}$ 0,54 $\mu\text{A}$ ...2,5 $\mu\text{A}$ 5,3 $\mu\text{A}$ ...25 $\mu\text{A}$ 53 $\mu\text{A}$ ...0,25 mA 0,53 mA...2,6 mA 5,3 mA...33 mA	VKL-01-KAL-01-01-01:2021
6.	Söntök	0,1...200 A (DC) 0,1...200 A (AC)	0,033...0,13 A 0,060...1,4 A	VKL-01-KAL-01-01-02:2021
7.	Áramhurok bemenőjelű kijelzők kalibrálása	4...20 mA / változó 0...20 mA / változó	2,8...4,6 $\mu\text{A}$ / változó 2,3...4,6 $\mu\text{A}$ / változó	VKL-01-KAL-01-01-04:2021
<b>Tömeg</b>				
1.	Nem automatikus működésű mérlegek	10 mg...1000 g 1...40 kg 40...4000 kg 4...20 t	0,08...1,6 mg 0,41...0,67 g 0,16...0,34 kg 0,87...1,7 kg	VKL-01-KAL-01-01-17:2021
<b>Hőmérséklet</b>				
1.	Szabványos ellenálláshőmérő bemenetű hőmérséklet kijelző (EN 60751)	P1100 (-200...850) $^{\circ}\text{C}$	0,16 $^{\circ}\text{C}$ ...0,21 $^{\circ}\text{C}$	VKL-01-KAL-01-01-03:2016

Sor-szám	Kalibrálandó mérőeszköz (vagy a mérendő mennyiség) megnevezése	Etalonnal mért, vagy reprodukált érték, illetve tartomány	Kalibrálási és mérési képesség $k=2$	Kalibrálási eljárás azonosítója
2.	Szabványos hőelem bemenetű hőmérséklet kijelző (EN 60584-1)	"R" (-50...1768,1 °C) "S" (-49,8...1768,1 °C) "B" (249,9...1820 °C) "J" (-210...1200 °C) "T" (-200...400 °C) "E" (-200...1000 °C) "K" (-200...1375 °C) "N" (-200...1300 °C)	1,1 °C...0,71 °C 1,0 °C...0,79 °C 1,7 °C...0,62 °C 0,17 °C...0,36 °C 0,21 °C...0,16 °C 0,13 °C...0,30 °C 0,22 °C...0,52 °C 0,35 °C...0,41 °C	VKL-01-KAL-01-01-03:2021
<b>Idő-és frekvencia</b>				
1.	Kézi multiméterek frekvenciamérő részének kalibrálása	10 Hz...500 kHz (1,5 V)	0,35 mHz...18 Hz	VKL-01-KAL-01-01-01:2021

*A szabványok hatályos vagy visszavont státuszáról a Magyar Szabványügyi Testület honlapja ([www.mszt.hu](http://www.mszt.hu)) vagy a szabvány kiadójának (pl. ISO, IEC stb.) honlapja tájékoztat.*

*Az aktuális akkreditált státuszra vonatkozó adatok a Nemzeti Akkreditáló Hatóság honlapján érhetők el ([www.nah.gov.hu/kategoriak](http://www.nah.gov.hu/kategoriak)).*

- VÉGE -

**Bodroghelyi Csaba**  
Nemzeti Akkreditáló Hatóság  
elnökhelyettes